

保存年限：三年

國立彰化師範大學\_\_\_\_\_系 乾燥設備及其附屬設備(烘箱)定期檢查紀錄表

實驗室名稱：\_\_\_\_\_

檢查日期： 年 月 日

項次	檢 查 部 分	檢 查 方 法	檢 查 結 果	依檢查結果應採取改善措施之內容
1	內面、外面及外部之棚櫃等有無損傷、變形或腐蝕	目視確認		
2	危險物之乾燥設備中，排出因乾燥產生之氣體、蒸氣或粉塵等之設備有無異常	目視及儀器確認		
3	使用液體燃料或可燃性液體為熱源之乾燥設備，燃燒室或點火處之換氣設備有無異常	目視確認		
4	窺視孔、出入孔、排氣孔等開口部有無異常	目視確認		
5	內部溫度測定裝置及調整裝置有無異常	目視及儀器確認		
6	設置於內部之電氣機械器具或配線有無異常	目視確認		
7	危害警告標示是否明顯可辨視	目視確認		
8	個人防護器具有無使用	目視確認		

◎注意事項

1. 依「職業安全衛生管理辦法」第 27 條辦理。
2. 檢查週期：1次/年，表格完成後請自行保存三年，以供備查。
3. 檢查結果：正常打○，異常打×，無此項目打—；發現異常時，請立即檢修及採取必要措施。

表格更新日期：111 年 12 月 29 日

檢查人員簽章：

工作場所負責人簽章：

單位主管簽章：