

保存年限：三年

國立彰化師範大學_____系 高壓氣體特定設備(臨界點乾燥)作業檢點紀錄表

實驗室名稱：_____

檢查時間：_____年_____月

項次	檢 點 項 目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	檢視操作人員是否依規定穿戴必要之個人防護具																															
2	檢視本體外觀有無顯著損傷、變形或腐蝕																															
3	檢視保溫材及標示有無剝離、脫落或破損																															
4	檢視蓋板、螺栓有無損傷、變形																															
5	檢視管件、閥、旋塞等有無鏽蝕、洩漏或變形																															
6	檢視壓力錶壓力指示是否正常警示刻度是否清晰																															
7	檢視溫度計溫度指示是否正常																															
8	檢視液位警示刻度指示是否清晰																															
9	檢視安全閥有無損傷、變形或洩漏等異狀																															
10	檢視自動斷電溫度感測器是否正常																															
11	檢視設備基礎是否龜裂、設備是否下沉傾斜																															
12	檢視設備管路連接支撐架是否斷裂																															
13	檢視操作人員是否將螺絲鎖固並裝置玻璃防護罩																															
14	檢視操作人員在升溫前的二氧化碳液面高度																															
15	檢視操作人員的溫度設定及升溫設定是否正確																															
16	檢視操作人員的是否依規定完成不鏽鋼容器清潔																															
檢查人員簽名																																

依檢查結果應採取改善措施之內容：

◎注意事項

- 依「職業安全衛生管理辦法」第 64 條辦理。
- 檢查週期：每日作業前，表格完成後請自行保存三年，以供備查。
- 檢查結果：正常打○，異常打×，無此項目打一；發現異常時，請立即檢修及採取必要措施。

表格更新日期：114 年 5 月 28 日

工作場所負責人簽章：

單位主管簽章：