

國立彰化師範大學 _____ 系 雷射雕刻機作業檢點紀錄表

實驗室名稱：_____

檢查時間： 年 月

項次	檢點項目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	工作區域內是否配置能正常使用之滅火器																																
2	機台附近之液體容器、易燃/爆等物品是否清除																																
3	螢幕面板上的灰塵與油污是否清除																																
4	落料槽縫隙中的碎屑與油污是否清除																																
5	機箱與底板上的碎屑與油污是否清除																																
6	水冷幫浦填充至八分滿且無大量氣泡																																
7	抽風系統、吹氣裝置是否正常																																
8	抽風扇葉片上粉塵是否清除																																
9	Y 軸光軸、X 軸滑軌與對焦升降機構是否清潔，並重新上油																																
10	門蓋上油污是否清除																																
11	鏡片是否正常，無氧化																																
12	鏡片上髒污是否清除，並不應留酒精水痕																																
13	動作畫面狀態顯示內容與功能按鈕是否正常																																
14	兩角落（左上、右下）雷射光點是否為完整圓																																
15	使用 70%功率是否能切穿 3mm 壓克力																																
檢查人員簽名																																	

依檢查結果應採取改善措施之內容：

◎注意事項

1. 檢查週期：每日作業前，表格完成後請自行保存三年，以供備查。
2. 檢查結果：正常打○，異常打×，無此項目打—；發現異常時，請立即檢修及採取必要措施。

表格更新日期：113 年 5 月 29 日

工作場所負責人簽章：

單位主管簽章：