

國立彰化師範大學_____系 高壓氣體鋼瓶及管路作業檢點紀錄表

實驗室名稱：_____

檢查時間： 年 月

項次	檢 點 項 目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	有牢固之固定措施																															
2	備妥安全資料表並置於易取得處																															
3	內容物成份有明顯標示																															
4	輸送管線有明確標示內容氣體及流向																															
5	栓塞、調壓器、壓力表、流量計、高壓皮管及輸送管線無損壞、洩漏情況																															
6	皮管有管夾固定																															
7	實瓶、空瓶是否確實分區存放																															
8	備用氣體(實瓶)及空瓶之鋼瓶頭有蓋緊防護罩蓋																															
9	放置位置附近無易燃物、火源及高溫																															
10	氧氣鋼瓶無接觸或靠近油脂																															
檢查人員簽名																																

依檢查結果應採取改善措施之內容：

◎注意事項

1. 依「職業安全衛生管理辦法」第 62、65 條辦理。
2. 檢查週期：每日作業前，表格完成後請自行保存三年，以供備查。
3. 檢查結果：正常打○，異常打×，無此項目打一；發現異常時，請立即檢修及採取必要措施。

表格更新日期：111 年 12 月 29 日

工作場所負責人簽章：

單位主管簽章：